
Revizie tehnica aparat: -microtom Microm; -microtom Pfm; - termostat SQ-100; -hota/banc de pus in lu

I.D.: 93126813

Data publicarii	06.02.24	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.970,00 RON - 5.970,00 RON

Descriere: Revizie tehnica aparat: -microtom Microm; -microtom Pfm; -termostat SQ-100; -hota/banc de pus in lucru; -2 microscopae. - verificare stare aparat - operatii de intretinere: - ungere angrenaje mecanice, - verificare cabluri bransare la reseau de alimentare cu electricitate - verificare circuit de apa: alimentare si scurgere - verificare functionalitate ventilatorului prin varierea turatiei din potentiometru de control si verificare functionalitate tuburilor de lumina - verificare mecanismul de inchidere usa si temperature create in interior - verificare moment de rasucire cu micrometrul etalon - verificare si reglare finite sectiunilor cu micrometrul etalon - verificare port-obiect - verificare si relare blocajul de siguranta al rotii de actionare - verificare port-cutit, unghiul si forta de prindere - verificare si reglare intindera curelei de transmisie - curatare sistem optic microscop - calibrare lumina reglaj Koehler - verificare/ajustare miscare micro/macro viza microscop - verificare sistem iluminare microscop - verificare/ajustare masa microscop - curatare/reglare oculare microscop
