

---

## **Servicii de verificare tehnica periodica si intretinere Aparat de Anestezie Siare Morpheus**

I.D.: 80934113

---

Data publicarii	12.04.23	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.000,00 RON - 3.000,00 RON

---

Descriere: Servicii de verificare tehnica periodica si intretinere Aparat de Anestezie Siare Morpheus, include: - Verificare aspect exterior - Verificare funcționalitate si integritate structurală - Verificare panou de control - Verificare sistem afișare - Verificare sistem alarmă - Verificare conexiune gaze medicale (O2, Aer, N2O) - Verificare bloc debitmetre (O2, Aer, N2O) - Verificare manometre presiune (O2, Aer, N2O) - Verificare funcție blocare N2O - Verificare comutator Aer / N2O - Verificare etășeitare circuit pacient - Verificare moduri ventilație (Volum - presiune) - Verificare mod ventilație: Manual / Automat - Verificare valvă APL - Verificare conexiuni electrice / electronice - Verificare acumulatori - Verificare vaporizoare - Verificare parametrii tehnici de functionare - Efectuare verificari de electrosecuritate - Eliberare raport de verificare.

---