

---

## **TESTE biologice sterilizare CU abur (autoclav) NEONAT + HÂRTIE TERMICĂ**

I.D.: 44731493

---

Data publicarii	05.03.20	Coduri CPV	22993200-9 33140000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 2.465,00 RON - 2.465,00 RON

---

Descriere: NEONAT REF.7874 Monitorizeaza fix aceeasi parametrii ca si indicatorul biologic STERIKONUL, fiind cu spori de bacillus stearothermophilus Descriere : Indicator biologic cu spori de bacillus stearothermophilus inoculati in hartie de filtru plasat in interiorul fiolei. sterilizare cu abur 121-134°C, timp de procesare 24 h in incubator, nu necesita conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben.

---