

## Reactivi de Laborator Mindrai BC 5390

I.D.: 34246398

Data publicarii 08.02.19 Coduri CPV 33696300-8 33696500-0

Pretul estimativ: 3.640,00 RON - 3.640,00 RON

Descriere: 1) DILUENT PENTRU ANALIZOR AUTOMAT HEMATOLOGIE MINDRAY BC 5390, CERTIFICAT CALITATE SI CONFORMITATE ISO9001:2008,ISO13485:2012/AC:2012 si avizul MSF, FISA TEHNICA SECURITATE, TERMEN EXPIRARE MIN.12 LUNI,---M-53 diluant ofera solutii stabile de mediu pentru celulele sanguine, proba de sânge diluat, generează fluid de teacă și asigură conductanță în procesul de analiză a celulelor sanguine,---compozitie : sodium chloride 3.0 - 5.5 g/l, sodium sulfat anhydrous 7.5 - 11.5 g/l, buffering agents 1.0 - 3.0 g/l, anti-fungal and anti bacterial agents 0.8 - 2.5 g/l,----stabilitate pana la 2 ani intre 2 - 30grade, dupa deschidere este stabil 60 zile intre 15 - 30 grade; 2) SANGE CONTROL HEMATOLOGIE COMPATIBIL CU ANALIZOR MINDRAY BC- 5390,model B55, CERTIFICAT CALITATE SI CONFORMITATE, FISA TEHNICA SECURITATE, TERMEN EXPIRARE MIN.12 LUNI; ISO9001:2008,ISO13485:2012/AC:2012 si avizul MSF,----produse din sange integral folosite pentru a verifica daca analizorul functioneaza corect si ca se vor obtine rezultate de incredere., disponibile in niveluri scazute , normale si inalte,----Controlul hematologie B55 trebuie să fie ținute departe de lumină și în poziție verticală, în pachetul cu capacul său în sus,după fiecare utilizare, se pune capacul si se pastreaza la frigider la 2-8 gr .-----este stabil pana la 90 zile la 2-8 gr, dupa deschidere poate fi stabil 14 zile la 2-8 grade; 3) REACTIV HEMATOLOGIE COMPATIBIL CU ANALIZOR MINDRAY BC 5390, folosit pentru curatarea sondei si analizorului.