

Piesă de schimb pentru utilaj medical-Tub de raze X

I.D.: 97918727

Documente participare:

- 20240530100033_anunt de participare.pdf
- 20240530100033_documentație standart .docx
- 20240530100033_duae tip nou.doc

Data publicarii	30.05.24	Coduri CPV	42900000-5
Termenul limita pentru depunere:	21.06.24	Pretul estimativ:	220.000,00 MDL

Descriere: Descriere: Destinată pentru utilizarea în sistemul radiografic digital Shimadzu RAD Speed; Anod rotativ- da; Tensiunea: 40÷150 kV; Tensiunea filamentului: ≤7,67V; Curentul filamentului: ≤5,6°; Putere: min 65kW; Dimensiunea spotului focal, mm: 0.6 și 1.2; Capacitatea termică, kHU: ≥ 400; Rata de răcire, kHU/min: ≥ 1200; Viteza de start a anodei, rpm: min. 9000 rpm. *prețul va include instalarea și calibrarea.
