
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B + GDH , 20 CASETE- CERTEST CONTROL POZITIV

I.D.: 36295958

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 31.05.19 | Coduri CPV | 24960000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 579,00 RON - 579,00 RON

Descriere: TEST COMBINAT PENTRU DETECTIA AG (GDH) SI A TOXINEI A + B DIN MATERII FECALE. TRUSA CONTINE 20 DE CASETE, 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE CERTEST CONTROL POZITIV PRODUCATOR: CERTEST- SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile GDH+Toxin A+B sunt 0,8ng/mL pentru GDH, 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.
