
Banda autoclav 19mmX50m,Indicator biologic plasma FIOLA,ROLA TERMICA PENTRU AUTOCLAV,

I.D.: 36956581

Data publicarii 02.07.19 Coduri CPV 33124131-2 22993200-9 33198200-6

Pretul estimativ: 758,00 RON - 758,00 RON

Descriere: DESCRIERE: Banda adeziva cu indicator pentru sterilizarea cu abur 19 mmm x 50 m; in conformitate cu ISO11140-1; culoarea se schimba in negru pentru a confirma procesul de sterilizare; termen de valabilitate 2 ani Fabricatie EU DESCRIERE: Rola termica autoclav 110mmX30m. DESCRIERE: Indicator biologic pentru verificarea sterilizarii la abur, bacillus stearothermophilus, fiola. TEST BIOLOGIC AUTOCLAV 132-134 FIOLA DESCRIERE: Rola termica pentru autoclav 55mm / 12-25m DESCRIERE: Indicator biologic compatibil aparat de sterilizare cu plasma cu mediu de cultura inclus perioada de incubatie 24 ore contine Geobacillus stearothermophilus 10 x 6 Unitate de vanzare: 1 test DESCRIERE: Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri) pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 100 x 100 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Valabilitate 5 ani PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
