

---

## masti

I.D.: 46641875

---

Data publicarii	26.05.20	Coduri CPV	18444000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 297,50 RON - 297,50 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: Mastile vor fi confectionate din materiale de calitate superioara cu eficienta filtrarii bacteriene - teste efectuate cu valori minime impuse de legislatia in vigoare, Permeabilitate respiratorie - teste efectuate conform legislatiei in vigoare Rezistenta la stropire -mastile tip IIR se vor testa in conformtiate cu cerintele ISO 22609:2004, valori minime impuse ;Incarcare microbiana - teste efectuate conform EN ISO 11737-1:2018, ,Biocompatibilitate - teste efectuate conform EN ISO 10993-1:2009; Etichetare si ambalare - trebuie respectate prevederile punctului 13 diin Anexa 1 la Directiva 93/42/EEC. In mod special, pentru masti trebuie specificate urmatoarele informatii: SR EN 14683+AC:2019 si tipul de masca. Materialul din care sunt confectionate mastile include un strat de filtrare lipit sau pozitionat intre straturile de material, nu trebuie sa se rupa sau destrame in timpul utilizarii. Produsele vor fi insotite certificate de calitate, declaratii de conformitate si avize privind autorizarea confectionarii produselor. livrarea se va face in termen de 5 zile de la acceptarea comenzii.

---