

Seringi

I.D.: 90237115

Data publicarii	05.12.23	Coduri CPV	33141300-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.23	Pretul estimativ:	10.000,00 RON - 10.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Achiziție Seringi după cum urmează: 1. Seringa 5 ml, din 3 componente (corp, piston și garnitură piston) cu ac preatasat; Acul trebuie să fie steril, Materialul acului să fie din oțel inoxidabil; Suprafața acului trebuie să fie lubrefiată cu ulei de silicon pentru o mai ușoară penetrare; Amboul acului trebuie să aibă conectare de tip lue-slip sau luer-lock, Acul trebuie prevăzut cu capac de protecție Seringa să aibă ambou cu conectare de tip Luer Slip, Seringa să aibă pereți transparenti Interval de gradatie al seringii să fie de 0,2 ml; Pistonul trebuie prevăzut cu un inel de etansare de culoare verde Corpul seringii să fie prevăzut cu un sistem de siguranță care nu permite ieșirea pistonului din cilindru la o aspirație maximă Lista de standarde cu care trebuie să fie conformă seringă: ISO 7886-1; EN 20594-1; ISO 7864; ISO 80369-7:2021 Ambalare și Etichetare: Ambalaj unitar conform EU Medical Device Directive, (numele produsului, descriere, cod, data fabricației, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producător, etc); Sterilizare EO, valabilitate 5 ani; Termen de valabilitate, minim 1 an de la data livrării; CE, declarație conformitate, fișa tehnică - 7.000 buc cu o valoare estimată de 0.70 lei/buc //2. Seringa 10 ml, din 3 componente (corp, piston și garnitură piston) cu ac preatasat; Acul trebuie să fie steril, Materialul acului să fie din oțel inoxidabil; Suprafața acului trebuie să fie lubrefiată cu ulei de silicon pentru o mai ușoară penetrare; Amboul acului trebuie să aibă conectare de tip lue-slip sau luer-lock, Acul trebuie prevăzut cu capac de protecție Seringa să aibă ambou cu conectare de tip Luer Slip, Seringa să aibă pereți transparenti Interval de gradatie al seringii să fie de 0,2 ml; Pistonul trebuie prevăzut cu un inel de etansare de culoare verde Corpul seringii să fie prevăzut cu un sistem de siguranță care nu permite ieșirea pistonului din cilindru la o aspirație maximă Lista de standarde cu care trebuie să fie conformă seringă: ISO 7886-1; EN 20594-1; ISO 7864; ISO 80369-7:2021 Ambalare și Etichetare: Ambalaj unitar conform EU Medical Device Directive, (numele produsului, descriere, cod, data fabricației, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producător, etc); Sterilizare EO, valabilitate 5 ani; Termen de valabilitate, minim 1 an de la data livrării; CE, declarație conformitate, fișa tehnică - 6.000 buc cu o valoare estimată de 0.85 lei/buc. Termenul de livrare - 2 zile lucrătoare de la momentul lansării comenzii
