

Servicii de calibrare DA-7100/AF-33/AL9000P/AL9010/Drager6810/6820/5820/7410/7510, Iblow 10

I.D.: 74898930

Data publicarii	04.11.22	Coduri CPV	50433000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 270,00 RON - 270,00 RON

Descriere: Servicii calibrare alcooltest DA-7100/AF-33/AL9000P/AL9010/Drager6810/6820/5820/7410/7510, Iblow 10 Calibrarea se face in service. Se face verificarea de "zero" si calibrarea cu solutie etalon in concentratiile stabilite de producator. Calibrarea se verifica prin metoda comparatiei directe utilizand alcooltest profesional Drager. Se emite protocol de calibrare in service. Pretul este valabil pentru aparat si senzor in stare de functionare. Calibrarea corecteaza driftul normal cauzat de schimbarea sensibilitatii in timp a senzorului. Pretul nu include eventuale alte interventii, reparatii, inlocuirea senzorului sau a altor piese defecte. Eventuale defectiuni constatate se vor comunica clientului si se va intocmi un deviz separat pentru aprobare. La finalizarea serviciului ise va emite un certificat de garantie
