

## **Test Bowie Dick Card - PREMIUM; Indic. biologici Abur B Stearothermophilus; ind. biol. Bacilus Ath**

I.D.: 56900613

---

Data publicarii	12.05.21	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.078,00 RON - 2.078,00 RON

---

Descriere: Bowie-Dick Card de unica folosinta pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 90 x 50 mm Schimbarea culorii de la mov la verde 120 buc / pachet Valabilitate 5 ani de la data fabricatiei ; Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-134 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei Indicator biologic etuva / pupinel , tip fiola-fiola. Contine spori de Baciluu athrophaeus.(ATCC® 9372™) Este format din 2 fiole: o fiola contine sporii biologici si se proceseaza impreuna cu incarcatura, iar celalalta fiola contine mediul de cultura necesar pentru incubarea sporilor. Transferul sporilor in fiola ce contine mediul de cultura se realizeaza simplu, doar prin schimbarea capacelor celor doua fiole, evitand, astfel, obtinerea de posibile rezultate eronate ca urmare a contaminarii sporilor procesati, ulterior procesului de sterilizare Se incubeaza 48 ore la 35-37 C Presentare: cutie cu 50 fiole, adica 25 utilizari Valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei Certificat de calitate em

---