

---

## **Indicator indicatori biologici sterilizare PLASMA FIOLA STEARTERMOPHIULUS ATCC 7953**

I.D.: 91167698

---

Data publicarii	20.12.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	810,00 RON - 810,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: Indicatorul biologic special conceput pentru monitorizarea proceselor de sterilizare cu plasma sau cu peroxid de hidrogen vaporizat. În cazul în care procesul de sterilizare nu a avut succes, mediul de indicare se va schimba de la purpuriu la galben după incubare la  $60 \pm 2$  ° C, indicând astfel prezenta sporilor *Geobacillus stearothermophilus*. Dacă procesul de sterilizare a avut succes, mediul indicator va rămâne purpuriu după incubare. Citirea finală trebuie făcută după 24 de ore de incubare la  $60 \pm 2$  ° C. AMBALARE: 100 FIOLE /CUTIE  
PRETUL AFISAT/ FIOLA

---