
Test teste Covid -19 SARS COV 2 Flow Flex antigen nazofaringian rapid avizat ANM, avizat DSP 1457

I.D.: 77320181

Data publicarii	12.01.23	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.330,00 RON - 1.330,00 RON

Descriere: Acest test ARE DATA EXPIRARE 2024 se utilizeaza pentru a detecta prezenta antigenilor SARS-Cov-2 din specimenul prelevat . Poate fi utilizat pentru monitorizare in cazul simptomelor caracteristice COVID-19. RAPID. EXACT. UŞOR DE UTILIZAT. DE ÎNCREDERE. Mai usor de utilizat de catre elevi si studenti Mai potrivit in activitati ce necesita monitorizare continua Specimen prelevat: Anterior Nazal (2,5 cm) Aprobata pentru autotestare în anumite zone din Comunitatea Europeană Aprobata de Comisia Europeană Listat în BFARM (Germania) Depistează inclusiv tulpinele Delta și Omicron Avizat A.N.M.D.M.R. Timp de testare: Rezultat afişat în 15 min. Valabilitate: 24 luni Depozitare: 2-30°C Performante clinice: Sensibilitate: 97,10% Specificitate: 99,50% EXPIRARE SFARSIT AN 2024 STOC NOU URIAS referat 40 prezenta tine loc de comanda ferma
