

Masina spalare dezinfectie plosti si urinare - 1 buc

I.D.: 45733094

Documente participare:

- masina de spalat plosti.pdf
-

Data publicarii 21.04.20 Coduri CPV 42716100 42716110-2 39330000-4 33191000-5

Termenul limita pentru depunere: 27.04.20

Descriere: Masina spalare dezinfectie plosti si urinare - 1 buc CARACTERISTICI GENERALE Manual de utilizare cu instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana - la livrarea aparatului. Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în România ratu prezinte urmatoarele documente: - Declaratie de conformitate/Certificat de conformitate + marcaj CE; - Directiva 93/42/EEC pentru dispozitive medicale Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. An de fabricatie: minim 2019-2020 Perioadă de garanție completă (cu service ratuity): minim 24 luni de la punerea în funcțiune. Timp de interventie maxim : 48 de ore de la primirea solicitarii Instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în preț. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, contra cost (dupa perioada garantiei aparatului), cel puțin 8 ani de la data livrării. CONDITII DE LIVRARE SI RECEPTIE Livrarea echipamentelor se va realiza in maxim 45 zile de la data semnarii contractului. Se va emite o declaratie pe proprie raspundere in acest sens. Receptionarea echipamentelor se va efectua la sediul beneficiarului, si va consta in: - verificarea caracteristicilor tehnice inscrite in cartea tehnica cu cele din Caietul de sarcini; - efectuarea probelor de functionare; - Emitere buletine de verificare dupa finalizarea operatiunilor de montare si a probelor functionale - verificarea accesoriilor si consumabilelor (unde este cazul); - receptia se avizeaza dupa punerea in functiune a aparatului; - se va confirma insusirea obligatiei firmei privind asigurarea asistentei tehnice si a pieselor de schimb pentru perioada garantata de exploatare a utilajului, precum si disponibilitatea privind asigurarea service-ului pentru aceeasi perioada de timp; - in vederea inlaturarii oricarei ambiguitati privind comenzile pentru piese de schimb, ofertantul se obliga sa aduca in timp util la cunostinta utilizatorului toate modificarile ce intervin asupra modului de codificare a reperelor mentionate. - Livrarea echipamentelor va fi insotita de: factura fiscala, certificat de calitate si garantie, certificat de conformitate marca CE, manual de utilizare in lb. Romana NOTA: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competitie. Operatorul trebuie sa declare conformitatea/neconformitatea cu cerinta impusa de specificatia tehnica, indicand in mod obligatoriu documentul original al producatorului (tradus in limba romana) si pagina care atesta cele declarate. Neatestarea celor declarate cu documentul original atrage de la sine excluderea din competitie. Operatorul are obligatia de a elibera, dupa montarea echipamentului, buletin de verificare tehnica, pe intreaga perioada a garantiei cat si la sfarsitul perioadei de garantie, la intervale de timp recomandate, cat si dupa fiecare interventie majora. In coloana "conformitate" se vor inscrie obligatoriu pozitiile din propunerea tehnica care fac referire la caracteristica tehnica solicitata cat si, atunci cand este cazul explicatii ca procedura/metoda ofertata este echivalenta caracteristicii tehnice ofertate. Nr. Crt. Specificatie CONFORMITATE Se va indica documentul si pagina unde se regaseste caracterizarea specificatiei tehnice solicitate Masina de spalat/dezinfectat ploscare/ urinare Dezinfectant cu încărcare frontală O serie de cicluri de apă de înaltă presiune care ies prin duze fixe și rotative și urmate de o fază de abur produce un rezultat care îndeplinește și cerințele stricte de curățare și dezinfecție din ISO15883 (CAN / CSA Z15883). Fabricat dintr-un material polime sau în design din oțel inoxidabil Personalul poate planifica fluxul de lucru Panoul de control confirmă în mod clar că a fost atins nivelul corect de dezinfecție - validarea dezinfecției. Ventilatorul de uscare cu aer filtrat HEPA Întregul sistem de țevi și duze este dezinfectat în fiecare ciclu, eliminând astfel riscul contaminării. Nivel de zgomot max 55 dB Temperatura externă max 40° C Consum de apă: - Economic 11 l/ciclu ±10 % - Normal 18 l/ciclu ±10 % Presiune 1-8 Bar ... 15 mm (1/2"), Rata fluxului >0,3 l/s Conexiunea la scurgere : - Perete ø 90 mm or 110 mm (31/2 sau 41/4") - Pardoseală ø 90 mm or 110 mm (31/2 sau 41/4")
