
Fibrinogen Reagent fara plasma de referinta

I.D.: 40608386

Data publicarii	09.12.19	Coduri CPV	33696500-0 33141625-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.456,00 RON - 2.456,00 RON

Descriere: Continut: 5x5 ml ATENTIE! 1.Kitul nu contine plasma de referinta! 2. Metoda necesita Tampon imidazol pentru diluarea plasmei. 3. Metoda necesita suspensie caolina, necesar coagulometrelor cu detectare optica. (ex. Thrombotimer) Set de reactivi utilizat la determinarea fibrinogenului, dupa metoda lui Clauss (modificata) PRINCIPIUL DETERMINARII Metoda determinarii fibriogenului se bazeaza pe metoda modificata descrisa de Clauss. Plasma citratata se dilueaza si se amesteca cu exces de trombina (aproximativ 80 UI/mL) si cu accelerator de reactie, si se determina timpul de coagulare. Exista o corelatie lineara între logaritmul timpului de coagulare si logaritmul concentratiei fibrinogenului. VALORI NORMALE 180-450 mg fibrinogen / 100 mL PROBA Plasma. METODA DE LUCRU Plasma citratata si diluata 200 ?L Incubare 1 minut la 37°C Reactiv 200 ?L Metoda tubului înclinat pentru determinarea momentului coagularii nu este corespunzatoare datorita caracteristicii cheagului format. Din acest motiv se recomanda metoda cârligului sau utilizarea coagulometrului pentru determinarea timpului de coagulare. VA RUGAM LA FACTURARE PASTRATI DENUMIREA INREGISTRATA IN SEAP Certificat de conformitate, avizat CE, MS. Conform legislatiei in vigoare, documentele sa fie traduse in limba romana. Cumpararea tine loc de comanda
