

Test de control pentru evaluarea eficientei procesului de sterilizare, pentru autoclav, cu incubare 24 ore

I.D.: 29155986

Data publicarii	26.06.18	Coduri CPV	33124131-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.500,00 RON
-------------------	--------------

Descriere: Test de control pentru evaluarea eficientei procesului de sterilizare, pentru autoclav, cu incubare 24 ore. - 500 buc. Produsul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: -Sa fie impregnat cu Geobacillus stearothermophilus; - sa vireze culoarea la atingerea parametrilor unei sterilizari corecte (temperatura, tip, presiune). Livrarea produselor se va efectua dupa primirea comenzii scrisa si semnata de catre reprezentantul legal al unitatii noastre.
