

---

## **Calificare Tester de pirogenitate Ellab tip APT 75 si 14 termocupluri**

I.D.: 42208660

---

Data publicarii	11.03.19	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.900,00 RON - 1.900,00 RON

---

Descriere: Pachetul include: 1. Calificare OQ-PQ Tester pirogenitate Teste OQ: - Se verifică conectarea corectă la rețeaua electrică; - Se verifica starea echipamentului (panou de control, conexiuni); - Se verifică rata de încălzire; - Se verifică și se calibrează dacă este cazul indicația de temperatură de pe aparat si, dacă există, indicația de pe înregistratorul auxiliar. Dacă nu este specificată în manualul de service, temperatura la care se face calibrarea este apropiată de cea la care funcționează în mod normal. Scopul acestui test este de a constata variația în timp și spațiu a temperaturii precum și deviația față de temperatura reală pe o perioadă de maxim 4 ore. Teste PQ: - Se monitorizează temperatura pe durata a maxim 5 ore folosind un echipament extern metrologizat (baie de ulei). Se vor face maxim 3 programe cu temperaturi.

---