

---

**Revenire la anuntul publicitar AV1020529, dintr-o eroare de sistem nu s-a postat termenul limita de depunere oferta. Test de control pentru evaluarea eficientei procesului de sterilizare, pentru autoclav, cu incubare 24 ore.**

I.D.: 29156000

---

Data publicarii	26.06.18	Coduri CPV	33124131-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.06.18	Pretul estimativ:	4.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Test de control pentru evaluarea eficientei procesului de sterilizare, pentru autoclav, cu incubare 24 ore. - 500 buc. Produsul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: -Sa fie impregnat cu Geobacillus stearothermophilus; - sa vireze culoarea la atingerea parametrilor unei sterilizari corecte (temperatura, tip, presiune). Livrarea produselor se va efectua dupa primirea comenzii scrisa si semnata de catre reprezentantul legal al unitatii noastre.

---