

Kit reactiv separare imunoprot, tehnica capilara;Ser control normal si patologic;Solutie enzimatica

I.D.: 57380167

Data publicarii 24.05.21 Coduri CPV 33696600-1

Pretul estimativ: 2.529,00 RON - 2.529,00 RON

Descriere: Kit complet utilizat pentru separarea din serului uman si a proteinelor din urina, utilizand un tampon alcalin (pH 9.9) impreuna cu sistemul automat de imunoproteine, tehnica capilara. Proteinele se vor separa in 6 fractuni majore. Componenta : - Solutie tampon (gata de utilizare) - 2 flacoane a 250 mL -Solutie spalare (solutie concentrata) - 1 flacon a 25 mL - Segmente de dilutie - 1 pachet a 125 bucati - Filte reactiv - 3 buc - Cutie segmente dilutie - 4 cutii - Capace cutii segmente dilutie - 4 capace Inscriptiune pe kit: • Denumirea reactivului. • nr. lotului de fabricatie • vol. de reactivi • data de expirare • conditiile de stocare • numele si adresa producatorului Serul normal de control destinat controlului de calitate al imunoproteinelor din serul uman, impreuna cu echipamentul de imunoproteine , tehnica capilara . Serul este utilizat ca un marker pentru identificarea diferitelor izoforme separate prin metoda separarii imunoproteinelor Valorile obtinute trebuie sa se incadreze in media de ± 2 SD conform limitelor indicate in prospectul fiecarui flacon de ser de control. • Prelucrare in sistem automat capliar • Se reconstituie cu exact 1 mL apa distilata • Stabilitate dupa reconstituire : 1 saptamana la 2-8° C, 6 luni la -20° C. • Prospectul serului va contine valori pentru aparatul de imunoproteine, tehnica capilara • Flaconul de ser control trebuie sa fie insotit de eticheta de cod