

Technoplastin HIS ISI~1.2 comp. Thrombotimer, Thrombolyzer

I.D.: 36891445

Data publicarii	28.06.19	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 208,00 RON - 208,00 RON

Descriere: Continut cutie: 2 x 10 ml Set de reactivi utilizat la determinarea timpului de protrombina, pe baza metodei Quick. COMPOZITIE Technoplastina HIS (HIS = Heparin In Sensitive) este un reactiv de tromboplastina calcica standardizata, obtinuta din creier de iepure. Produsul este caracterizat prin sensibilitate la factorii de coagulare II, V, VII si X. Reactivul contine substanta de neutralizare a heparinei. RECOMANDARI Technoplastina HIS se poate utiliza pentru determinarea timpului de protrombina (timpul Quick). Acest test de screening se efectueaza pentru: • controlul tulburarilor de coagulare al sistemului extrinsec, • monitorizarea tratamentului cu anticoagulant oral, • determinarea individuala a factorilor sistemului extrinsec, • verificarea functiei hepatice în cea ce priveste sinttizarea factorilor de coagulare în hepatopatii. Substanta de neutralizare a heparinei din reactiv permite analiza plasmei pacientilor tratati cu heparina (0.2 - 0.8 U. heparina / ml). Atentie! Fiecare lot are ISI diferit, din aceasta cauza curba de calibrare si tabel de corelare va fi diferit. Se recomanda verificarea / determinarea curbei de calibrare la fiecare lot. VALORI NORMALE Pacienti netratati: - aproximativ 13 - 17 secunde - 70 - 120 % - INR 0.9 - 1.1 Tinte terapeutice: - 25 - 40 % - INR 2.0 - 4.5 Tintele terapeutice sunt stabilite de medicul care a recomandat tratamentul anticoagulant, în functie de diagnostic si de starea pacientului. Se livreaza
