
revizie aparatura de laborator

I.D.: 39659485

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	50411000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.161,36 RON - 1.161,36 RON

Descriere: O revizie . Se va face o revizie pana la 31.12.2019 în cadrul căreia se vor executa toate operațiunile necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a aparaturii după cum urmează: • Curățarea și verificarea funcțională ; • Verificarea componentelor aparaturii care sunt supuse uzurii; • Activități de întreținere a aparaturii conform stării tehnice a acestora; • Calibrarea și verificarea parametrilor de funcționare conform specificațiilor tehnice ale aparatului. • La încheierea reviziei se vor întocmi rapoarte de revizie în care se vor consemna toate operațiunile efectuate și starea curentă a aparatelor. 2.2 Reparații ori de câte ori apare o defecțiune. LABSERVICE va trimite un inginer de service în maxim 2 zile lucrătoare de la sesizarea făcută de către beneficiar cu privire la o defecțiune. Piese de schimb eventual necesare unei reparații se facturează separat. Manopera aferentă acestor intervenții nu se facturează prețul acesteia fiind inclus în contractul de service. Incubator Pol-Eko CLN240Eco Hota Aquaria Black Activa Hota Aquaria Flow Activa
