
Aparat radiologie cu printer digital

I.D.: 75232932

Data publicarii	15.11.22	Coduri CPV	33111000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Aparat radiologie cu printer digital Putere nominală generator înaltă frecvență minim 65Kw , Frecvență lucru generator minim 450Khz , Tub RX cu anodă rotativă cu 2 focare . Masă basculantă telecomandată., Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor =18ZILE Termen de raspuns autoritatii la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare - inainte de a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor., Aparat radiologie cu printer digital Putere nominală generator înaltă frecvență minim 65Kw , Frecvență lucru generator minim 450Khz , Tub RX cu anodă rotativă cu 2 focare . Masă basculantă telecomandată.
