

Teste rapide depistare COVID 19

I.D.: 76578067

Data publicarii	14.12.22	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.650,00 RON - 1.650,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Kitul de testare COVID-19 Antigen este utilizat pentru detecția calitativă a proteinei nucleocapside SARS-CoV-2 la probele de tampon nazal umane și este conceput pentru a ajuta la diagnosticarea COVID-19. Performanța testului rapid al antigenului Flow Flex a fost stabilită cu 605 tampoane nazale colectate de la pacienți simptomatici individuali suspecți de COVID-19. Rezultatele arată că sensibilitatea relativă și specificitatea relativă sunt următoarele: Precizie: 98.8% (97.6%-99.5%)* *95% Intervale De Încredere Stratificarea probelor pozitive după debutul simptomelor între 0-3 zile are un acord procentual pozitiv (PPA) de 98,8% (n=81) și 4-7 zile are un PPA de 96,8% (n=62). Probele pozitive cu valoare Ct ≤33 au un acord procentual pozitiv mai mare (PPA) de 98,7% (n=153) . Un studiu limitat de 229 tampoane nazofaringiene a fost efectuat cu testul rapid al antigenului SARS-CoV-2. Aceste probe au fost colectate de la pacienți simptomatici individuali suspecți de COVID-19. Rezultatele arată că sensibilitatea relativă și specificitatea relativă sunt următoarele: Precizie: 99.1% (96.7% - 99.9%)* *95% Intervale De Încredere □ Testul rapid Flow Flex poate fi efectuat folosind probe de tampon nazal și nazofaringian. □ Testarea trebuie efectuată imediat după prelevarea probelor sau cel mult într-o (1) oră după prelevarea probelor, dacă este păstrată la temperatura camerei (15-30°C). □ Pentru a colecta o probă de tampon nazal: Lăsați tamponul de testare și de extracție să ajungă la
