
Verificare echipamente

I.D.: 74429984

Data publicarii	20.10.22	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.216,23 RON - 1.216,23 RON

Descriere: Manopera efectuare lucrare 2 ore Pentru autoclava seria 14031448 - Deblocare pompa de vid - Efectuare teste de functionare - Constatare stare capac plastic Manopera efectuare lucrare 1 ora Pentru autoclava seria 14031448 - Inlocuire baterie de memorie ceas - Deblocare pompa de vid - Efectuare teste de functionare Revizie periodica incubator cu CO2 1 buc In cadrul reviziei se verifica: - starea generala a incintei incubatorului (lipsa punctelor de coroziune, curatenia in locurile inaccesibile), la incubatoarele cu refrigerare se va demonta capacul lateral pentru constatarea eventualelor neetanseitati la sistemul frigorific. - functionarea sistemului de protectie la temperatura; - se va seta aparatul la o temperatura medie a domeniului de lucru si se va masura temperatura din centru; dupa stabilizarea temperaturii se asteapta 30-60 minute si se compara media obtinuta cu valoarea setata; daca deviatia este mai mare de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ pt. temp. $0-60^{\circ}\text{C}$ sau $\pm 3^{\circ}\text{C}$ pt. temp. $60-100^{\circ}\text{C}$ se va recomanda efectuarea calibrarii temperaturii. - Se va verifica instalatia de CO2 si sintele de siguranta aferente, - Se va verifica stabilitatea indicatiei de CO2
