
Mentenanata aparat Specord 250, Mentenanata aparat Specord 200 Plus Analytik Jena-2023-31S

I.D.: 80144594

Data publicarii	21.03.23	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.700,00 RON - 4.700,00 RON

Descriere: Mentenanata aparat Specord 250 Plus Analytik Jena Operatii aparat: - curatare filtre optice interne; - curatat oglinzi, ferestre compartiment, ferestre detectori; - verificare/inlocuire cartus umiditate; - verificare sistem optic intern; - verificare ordin zero fascicul lumina; - verificare energie lampi/inlocuit lampi; - verificare acuratete fotometrica; - verificare acuratete lungime unda; - upgrade soft (daca este cazul). Mentenanata aparat Specord 200 Plus Analytik Jena Operatii aparat: - curatare filtre optice interne; - curatat oglinzi, ferestre compartiment, ferestre detectori; - verificare/inlocuire cartus umiditate; - verificare sistem optic intern; - verificare ordin zero fascicul lumina; - verificare energie lampi/inlocuit lampi; - verificare acuratete fotometrica; - verificare acuratete lungime unda; - upgrade soft (daca este cazul).
