
Indicator chimic integrator tip 5 / dicatori biologici ultra rapid 20 minute/ROLA TERMICA INCUBATOR

I.D.: 96203035

Data publicarii	18.04.24	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.085,00 RON - 2.085,00 RON

Descriere: Achizitie directa Indicator chimic integrator strip clasa 5/ tip 5 abur STANDARD TEST LA REZISTOMETRU Integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121 C-135 C. AMBALARE: 250 indicatori/cutie Monitorizeaza toti parametrii critici ai ciclului de sterilizare cu Abur: timp, temperatura, saturatia aburului. Se utilizeaza in fiecare pachet/punga/cos ce urmeaza a fi sterilizat. Se prezinta sub forma de strip care isi schimba culoarea in conditiile stabilite. Pe indicator sunt marcate urmatoarele informatii: culoarea de referinta in care trebuie sa vireze , standard ISO 11140-1 utilizat, tip indicator (tip 5) , procesul in care se utilizeaza, lot, data fabricatie, data expirare; Instructiuni in limba romana despre utilizarea produsului si citirea rezultatului. In conformitate cu standardul ISO11140-1 : 2014. Prezinta raport de testare pentru variabilele stabilite Ambalare: 250 indicatori/cutie ; Indicator biologic/ Indicatori biologici abur fluorescenta ultra rapid 20 minute BIONOVA BT224 Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu Abur 132 C-134 C AMBALARE: 50 fiole/cutie Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de incubare 20 minute la 60 C, in incubatoarele Smart MINIBIO cu autocitire BIONOVA, prin metoda de detectare a fluorescentei, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Rola termica imprimanta incubator Bionova MiniBio.
