

reparatie autoclav Shinva

I.D.: 44912006

Data publicarii	17.03.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.348,00 RON - 3.348,00 RON

Descriere: Verificat functionare, constatare defectiune, curatat electrovalva evacuare, curtat valva generator aburi, curatat sonda nivel generator, verificat etanseitate valva admisie apa dedurizata generator, curatat valva admisie apa dedurizata generator, verificat functionalitate si etanseitate supapa de sens evacuare abur - exhaustare - pompa de vacuum, curatat generator abur - golit de sedimente de calcar, refacut etanseitati coloana de evacuare abur, inlocuit cablu alimentare electrica cu cablu cu 5 fire (in loc de patru fire) unul pentru legare carcasa aparat la pamantare, curatat camera sterilizare , verificat - curatat garnitura usa, rafacut etanseitate conducta si conexiuni manometru analogic, refacut izolatie termica generator abur, verificat functionalitate imprimanta - defect placa de baza - lipsa comunicare - constatare defectiune imprimanta - verificat etanseitate, verificat functionalitate, Test Leak si test B&D. Prezenta tine loc de comanda ferma, va rugam să facturati produsele cu data deliberarii. Marfurile vor avea -dupa caz -certificat de calitate/declaratie/verificare tehnica/garantie, de conformitate, marcaj ce, aviz bio si aviz sanitar m.s., certificat adr, certificat de dispozitiv medical, verificare metrologica, manual sau instructiuni de utilizare traduse in limba romana si vor avea termen de valabilitate suficient. MIJLOACELE DE TRANSPORT PENTRU MARFURI ALIMENTARE VOR AVEA AUTORIZATIE SANITAR-VETERINARA.
