

## **Servicii de intretinere si reparatii analizor automat de hematologie Myhtic 22 AL**

I.D.: 44783223

---

Data publicarii	25.03.20	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.500,00 RON - 3.500,00 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: Desfasurator operatii service: • Inlocuire completa O-ring-uri - 5 buc • Curatat / gresat ansamblu seringi • Curatat/gresat/aliniat ansamblu aspiratie • Curatat ac aspiratie cu ultrasunete, inlocuit garnitura ac • Reglat tensiune curea ac • Verificare aliniere optical bench cu LATEX • Verificare Neutrofile cu G-Cal • Efectuat calibrare interna • Rulat controale de calitate - 3 nivele • Efectuat test repetabilitate • Verificare la electro-securitate Toate consumabilele utilizate sunt incluse in pret (O-ring-uri, Latex, G-Cal, Calibrator, Controale de calitate) Garantie : 1 an daca echipamentul este utilizat in conditii corecte, conform documentatiei tehnice; Documente emise: Nota de constatare; Raport de service; Raport de calibrare;Raport Electro-securitate; Pret revizie: 2800 RON (pret fara TVA): Nota: Pentru orice alta interventie service, suplimentara fata de cea prezentata mai sus, costul este de 275 RON/ora ( pret fara TVA si fara eventualele piese de schimb ce ar putea fi necesare pentru remedierea defectului);

---