

Erata de anulare a anuntului nr. 122946. In lipsa cartii tehnice a aparatului, detaliile tehnice nu au fost stabilite corect; in urma discutiilor cu potentiali ofertanti care au cerut lamuriri privind anuntul ,se va publica ulterior un nou anunt cu noile conditii tehnice minime

I.D.: 22694818

Data publicarii	27.09.17	Coduri CPV	31682530-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.09.17	Pretul estimativ:	4.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere:	UPS pentru HPLC (aparat cromatograf) - cu dubla conversie, iesire perfect sinusoidala, putere minima de 2 kVA, autonomie minim 24 ore - 1 bucata.		
------------	---	--	--
