

Indicatori / Indicator biologic abur autoclav fiola citire rapida 5 ore

I.D.: 63079092

Data publicarii	16.11.21	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 397,50 RON - 397,50 RON

Descriere: Conditii refuzate: Prezenta tine loc de comanda. Plata se va face cu ordin de plata la 30 zile de la data receptiei produsului, in contul de trezorerie specificat de furnizor la emiterea facturii. Produsele se vor livra la magazia spitalului, in intervalul orar luni-vineri 08:00-14:00. Transportul este suportat de catre furnizor, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta. Produsul este insotit de certificate de conformitate, avize emise de ANM, termen de valabilitate cel putin un an de la data livrarii. Indicatorul biologic este special conceput pentru monitorizarea proceselor de sterilizare cu aburi la 121-135 °C Eșecul de sterilizare poate fi detectat după 3-5 ore de incubare la 60 ± 2 ° C; în astfel de cazuri culoarea mediului de cultură se va transforma de la purpuriu la galben. În cazul în care, după 10 ore de incubare la 60 ± 2 ° C, nu se înregistrează nicio modificare vizibilă a culorii în mediul de cultură, procesul de sterilizare a avut succes. Indicatorii biologici sunt pe deplin compatibili cu incubatoare comercializate în prezent sub alte mărci. Legislație aplicabilă: ISO 11138-1: 2006 E ISO 11138-3: 2006; IRAM 37102-1: 1999 și IRAM 37102-3: 1999. Clasificare: Clasa 1, în funcție de risc Calificare: Proiectat în conformitate cu standardele Sistemului de Management al Calității ISO 13485: 2003 / NS-EN ISO 13485: 2012. ANMAT PM 1614-1. pret afisat / fiola declaratie conformitate , certificat analiza pret afisat / fiola