
TEST RAPID ANTIGEN COVID-19 (SARS-COV-2) nazal / nazofaringian

I.D.: 60746575

Data publicarii	06.09.21	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.410,00 RON - 1.410,00 RON

Descriere: TEST RAPID ANTIGEN COVID 19 (SARS-COV-2) Depisteaza si varianta Delta. Determinare : nazal / nazofaringian Toate componentele sunt individuale. Casete de testare -25 buc, Tampoane de recoltare sterile-25 buc, Tuburi de extractie ce contin solutia de tratare a probei, gata dozata -25 buc. Presentare: 25 teste / kit Timp de citire :15 min Instructiuni de lucru in limba romana Caracteristici de Perfomanta comparatie cu RT-PCR (CT<30) Rezultatul nazofaringian al Testului antigen fluorecare® SARS-CoV-2: sensibilitatea clinică 98.62%, specificitatea clinică 100%. Rezultatul nazal al Testului antigen fluorecare® SARS-CoV-2: sensibilitatea clinică 94.58%, specificitatea clinică de 100%. Producator: Shenzhen Microprofit Biotech (cod 1967) Certificari: Test recunoscut in Comunitatea Europeana, MARCAJ CE, AVIZ ANMDMR
