
Test (teste) rapid BOSON Antigen SARS-CoV-2, COVID-19, Nazofaringian, Lista DSP si CE, Cod 1278

I.D.: 67751062

Data publicarii	31.03.22	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.840,00 RON - 4.840,00 RON

Descriere: . Specificitate 99,16 %, Precizie 98.25%, Recoltare nazofaringiana. Calitate certificata. Test rapid antigen Nova nazofaringian aflat in lista DSP (COD RAPORTARE 1278) si in lista comuna EU, avizate de Ministerul Sanatatii.. Cardul de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 este un dispozitiv cu flux lateral imunocromatografic care folosește principiul metodei sandwich cu dublu anticorp. Anticorpii anti-SARS-CoV-2 conjugați cu aur coloidal sunt imobilizați uscat pe dispozitivul de testare. Când se adaugă specimenul, acesta migrează prin difuzie capilară prin bandă pentru a rehidrata complexele conjugate cu aur. Dacă sunt prezenți sau peste limita de detecție, antigenele virale SARS-CoV-2 vor reacționa cu complexele conjugate de aur pentru a forma particule, care vor continua să migreze de-a lungul benzii până în zona de testare (T) unde sunt capturate de imobilizați anticorpi anti-SARS-CoV-2 pentru a forma o linie roșie vizibilă. Dacă nu există antigeni virali SARS-CoV-2 în specimen, nicio linie roșie nu va apărea în zona de testare (T). Complexele conjugate de aur vor continua să migreze singure până când vor fi capturate de anticorp imobilizat în zona de control (C) pentru a forma o linie roșie, care indică validitatea testului. MATERIALE FURNIZATE a) 20 bucati - Card de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 b) 20 bucati - Tampoane sterilizat (betisoare prelevare) c) 20 bucati - Tuburi de extracție d) 20 bucati - Recip
