

,Achizitie aparat alcooltest ”

I.D.: 15538299

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------|
| Data publicarii | 14.10.16 | Coduri CPV | 33141625 |
|-----------------|----------|------------|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Termenul limita pentru depunere: | 21.10.16 |
|----------------------------------|----------|

Descriere: Primaria Municipiului Constanta intentioneaza sa achizitioneze un aparat alcooltest (etilotest) profesional, destinat functionarilor Primariei Municipiului Constanta pentru testarea agentilor de securitate, care pazesc bunurile Primariei Municipiului Constanta si care va respecta urmatoarele: a) senzor electrochimic profesional, de mare precizie, fiabil (minim 15000 teste); b) sistem electronic de absorbtie monstra aer activat automat; c) domeniul de detectie de la 0.000 ‰ pâna la 5.000 ‰, cu pas de 0,001 unitati; d) precizie maxim ± 0.10 ‰ la o valoare de 1.00 ‰; e) unitate de masura mg/l alcool pur în aerul expirat; f) afisare rezultat concentratie alcoolica pe ecran digital cu 4 cifre de tip 0,000 ‰; g) mediu de lucru: temperatura în intervalul de la -10°C pâna la + 50°C, umiditate relativa 85%; h) mediu de depozitare: temperatura în intervalul de la -10°C pâna la + 60°C, umiditate relativa max. 85%; i) cu mu?tiuc interschimbabil igienic (400 mu?tiucuri incluse, ambalate individual) si posibilitate efectuare testari pasive; j) alimentare energie electrica cu acumulatori (baterii reîncarcabile cu set baterii inclus) si posibilitatea alimentare energie electrica la sursa de 220 V ?i 12 V; k) usurinta în utilizare; l) posibilitate stocare date si descarcarea lor pe computer compatibil IBM, prevazut cu sistemul de operare Microsoft (cablu date inclus, conectivitate prin port USB); m) CD cu software compatibil sistem operare Microsoft; n) imprimanta alcooltest (etilotest) termica încorporata, având asigurate role de hârtie pentru imprimare 400 teste; o) manual de utilizare în limba româna; p) certificat calibrare; q) efectuarea calibrarilor periodice necesare pe întreaga perioada a garan?iei; r) certificat de etalonare metrologica, emis de institutie autorizata; s) certificat de conformitate CE; t) certificat garantie 2 ani. Aten?ie - se va asigura ?i transportul aparatului alcooltest la adresa Municipiul Constanta, str. M. Kogalniceanu, nr. 28, jud. Constan?a.
