
Analizor automat hematologie

I.D.: 18763334

Data publicarii	03.04.17	Coduri CPV	38434000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 17.04.17

Descriere: Analizor automat hematologie 3 DIFF Minim 20 parametri determinati: RBC,MCV, HCT,HGB, MCH,MCHC, RDW, WBC, PLT, MPV, LYMa, MIDa, GRAa, LYM%, MID%, GRAN%, RDWa, PDW, PCT, LPCR Permite efectuarea probelor din tub deschis Ac prevazut cu spalare automata dupa fiecare proba Posibilitatea de a lucra din proba prediluata Prezinta adaptor micro capilar Volum de proba microcapilar mai mic de 25 microlitri Prezinta omogenizator automat pentru vacuete Afisaj color 800 x 480 pixe WVGA sensibil la atingere Sistem control de calitate pe 3 nivele Capacitati QC: medie, SD, CV, Levey-Jennings si Xb Durata determinare; 55-60 secunde Program curatare automata Sistem inchis de reactivi Cititor coduri de bare pentru reactivi Senzori de nivel pentru reactivi Memorie de minim 50.000 rezultate Utilizeaza maxim 2 reactivi ecologici (fara cianuri) codati pe culori pentru utilizarea faciala
