

---

## **Indicator biologic/ Indicatori biologici Abur FIOLA B Stearothermophilus BIONOVA BT20 OFTALMOLOGI**

I.D.: 105986844

---

Data publicarii	21.11.24	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 470,00 RON - 470,00 RON

---

Descriere: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-135 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de incubare 24 h /60 C in incubator conventional, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Certificat de calitate pe fiecare lot in parte. Ambalare: 100 fiole/cutie. Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei. Conformitate standard EN ISO 11138-1, 3.

---