
Indicatori chimici integratori pentru sterilizare autoclav-clasa 5 ; Indicator biologic Abur

I.D.: 34261186

Data publicarii 11.02.19 Coduri CPV 33124131-2 39811200-2 33694000-1

Pretul estimativ: 1.620,00 RON - 1.620,00 RON

Descriere: 1. Integrator clasa 5 pentru sterilizare la autoclav 134 C / 121C Monitorizare toti parametrii critici: calitate abur, timp, temperatura Schimbarea culorii de la galben la negru In conformitate cu ISO11140-1 2. Indicator biologic Abur FIOLA cu mediu de cultura inclus B Stearothermophilus - sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare.
