
Ersatzbeschaffung eines PET/CT mit Wartungsvertrag

I.D.: 91538773

Data publicarii	31.10.23	Coduri CPV	33115000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Beschaffung eines PET/CT-Geräts mit folgenden Mindestanforderungen nebst Wartungsvertrag für 10 Jahre: a) CT-Komponente: - mindestens 40 Detektorzeilen - Wasserkühlung - Gerät muss für Interventionen geeignet sein - Gerät muss über eine 3D-Interventionssoftware zur Läsionsbestimmung verfügen - Gantryöffnung mindestens 78 cm - Iterative Rekonstruktion - Aufhärtingsartefakt Unterdrückung b) PET-Komponente: - Mindestauflösung: 4mm - KV-Abrechnungsbedingungen müssen erfüllt werden - mindestens 16 cm PET FoV - TOF Rekonstruktionen - Atemgating c) erforderliche Baumaßnahmen: - da derzeitiges Gerät luftgekühlt ist, müssen Baumaßnahmen zur Herstellung der erforderlichen Wasserkühlung vorgenommen werden. d) Lieferung und Inbetriebnahme des Gerätes: - schnellstmöglich nach Zuschlag e) Wartungsanforderungen: - Vor Ort Service innerhalb 24 Stunden - Laufzeit: mindestens 120 Monate - jährliche Verlängerung bis zur Außerbetriebnahme des Geräts
