

---

## TEST BOWIE&DICK

I.D.: 62036377

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.10.21 | Coduri CPV | 33698000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 354,00 RON - 354,00 RON

---

Descriere: Indicator chimic tip 2 pentru controlul eficientei procesului de sterilizare. Setul de testare de unica folosinta Bowie&Dick este utilizat pentru testarea eficientei penetrarii aburului in sterilizatoarele cu abur (autoclav). Oferă dovezi vizuale privind eliminarea inadecvata a aerului si a pierderii de presiune, defectiuni ale pompei de vid, prezenta gazelor inerte si a altor factori care inhiba penetrarea aerului.. Testare: 134°C - 3,5 min, 121 °C - 15 min. Pachet cu un test de unica folosinta. Valabilitate 48 de luni de la data producerii Certificat de calitate,CE. Furnizor certificate ISO 9001:2015 avizat MS.

---