
CONTROL URINA PENTRU ANALIZORUL URIT 180

I.D.: 44815426

Data publicarii	11.03.20	Coduri CPV	33694000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 180,00 RON - 180,00 RON

Descriere: Urina de control pentru validarea rezultatelor citite cu ajutorul analizorului de urina U 120. Rezultatele obtinute trebuie comparate cu cele din insertul controlului de urina. Kitul contine 3 flacoane de urina de control, pe 3 niveluri. PROBA - URINA TIMPUL DE CITIRE A REZULTATULUI - 60 secunde TEMPERATURA DE DEPOZITARE - 2° - 8° IMPACHETARE - doua flacoane de 5ml
