
Masina automata de dezvoltat umed filme radiologice medicale - 1 buc

I.D.: 32454898

Data publicarii	04.12.18	Coduri CPV	33111300-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.12.18	Pretul estimativ:	17.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Specificatii tehnice minimale: - sa permita dezvoltarea automata a tuturor filmelor standard de la 10x10 cm pana la 35x43 cm - sa aiba o temperatura reglabila pentru revelator (28-37 grade C) iar pentru fixator sa fie adaptata la cea a revelatorului - la detectarea filmului sa se reumple automat in functie de marimea filmului, - sa aiba o viteza de prelucrare minima de 60 filme / ora la dimensiunea filmului de 35x43. - volumul tancurilor de revelator, fixator si apa sa fie de minim 5 litri pentru fiecare tip de tanc. - dispozitivul ce urmează a fi achiziționat va fi apt pentru utilizarea intensivă (10/12 ore/zi, 7 zile pe săptămână) pe întreaga durată de utilizare - alimentare cu energie electrica de la retea cu caracteristicile : 220V, 50 Hz
