

---

## Test Bowie Dick Card+Indicator biologic Abur FIOLA +Indicator chimic Strip

I.D.: 42860257

---

Data publicarii	23.05.19	Coduri CPV	33198200-6 33124131-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 7.579,80 RON - 7.579,80 RON

---

Descriere: Bowie-Dick Card de unica folosinta pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 90 x 50 Schimbarea culorii de la mov la verde Valabilitate 5 ani Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Valabilitate 24 luni. Fabricatie EU Destinat monitorizarii ciclurilor cu abur 121-134 C; laminat pentru a evita imprastierea cernelii; culoarea se schimba de la albastru la negru; permite inregistrarea informatiilor: data , operator In conformitate cu standardul ISO 111401-1 Cutie 500 buc . Termen de valabilitate 3 ani de la data fabricatie

---