

## Furnizarea de măști faciale de uz medical — tip II, SMIS: 146685

I.D.: 74514978

Documente participare:

- Delfinul - documentatie achizitie masti faciale de uz medical.pdf

---

Data publicarii	25.10.22	Coduri CPV	18143000-3
Termenul limita pentru depunere:	01.11.22	Pretul estimativ:	3.697,48 RON - 3.697,48 RON

---

Descriere: Firma contractantă se obligă să livreze măști faciale de uz medical — tip II, conform documentației de atribuire atasate, cu specificațiile tehnice obligatorii și în cantitățile prezentate mai jos: - Măști faciale de uz medical — tip II - 1 set = 10.000 de bucăți; - Materialul din care sunt confecționate măștile să fie nețesut, să includă un strat de filtrare lipit sau poziționat între straturile de material, să aibă 3 straturi și minim 3 pliuri; produsul nu trebuie să se rupă sau să se destrame în timpul utilizării; - Materialul din care este confecționată masca să fie hipoalergenic și să nu conțină substanțe toxice sau periculoase pentru organism; - Masca să aibă bandă elastică de prindere pe cap și lamelă nazală adaptabilă (lamela metalică să fie învelită în plastic pentru a evita ruperea și a cauza răni); - Masca trebuie să se poziționeze cât mai aproape de nasul, gura și obrazul purtătorului. (Poate avea diferite forme și construcții); - Eficiența filtrării bacteriene 98%; - Permeabilitate respiratorie < 40 Pa/cm<sup>2</sup>; - Condiții de etichetare și ambalare — se vor respecta prevederile punctului 13 din Anexa 1 la Directiva 93/42/EEC. În mod special, pentru măști trebuie specificate următoarele informații: SR EN 14683+AC:2019 și tipul de mască indicat în tabelul nr.1 din standard; - Ambalare : În pachete/cutii de 30 până la 50 bucăți; - Pe ambalaj trebuie să existe marcaj CE cu respectarea condițiilor legale specifice de utilizare a acestuia (în acest sens se va depune la nivelul propunerii tehnice poza de pe ambalaj); - Vor fi prezentate instrucțiuni de utilizare; - Pentru produsul ofertat trebuie să se facă dovada existenței certificatului de înregistrare a dispozitivelor medicale, conform art. 4 al Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date.; - garanție minimă 12 luni; - să se elibereze declarație de conformitate.

---