

---

**Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 6.5 x 65,  
tehnologie CMOS, cod: 11304BCX.**

I.D.: 89534037

---

Data publicarii 15.11.23

Coduri CPV 50421000-2

---

Pretul estimativ: 24.721,27 RON - 24.721,27 RON

---

Descriere: Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 6.5 x 65, tehnologie CMOS, cod: 11304BCX: V3  
DEFECTIUNI CONSTATATE Scurgere la cauciucul distal Intensitate lumină scăzută Vertebre  
rupte Unitate de direcție deteriorată Fibre optice deteriorate în ax Ansamblu conector Y  
corodat Lipsă capac ETO OPERATIUNI EXECUTATE Înlocuire cauciuc distal Înlocuire ansamblu  
fibre optice Înlocuire unitate de direcție Înlocuire sistem vertebre Adăugare capac ETO  
Înlocuire conector Y Efectuare teste finale și calitative

---