

## Teste rapid antigen COVID [POIM MySMIS 149958]

I.D.: 71486721

Data publicarii 19.07.22 Coduri CPV 38900000-4

Pretul estimativ: 70.560,00 RON - 70.560,00 RON

Descriere: Test rapid antigen SARS-CoV-2 (Imunocromatografie) Testare rapidă pentru antigenul SARS-CoV-2 (diagnostic in 15 minute) Ambalarea este de 20 de teste / cutie individuala cu urmatoarea componenta: - Caseta de testare - 20 buc. - Tub de extractie colector cu capac infiletat picurator - 20 buc. (tubul cu gradatie) - Recoltor de saliva cu burete - 20 buc. - Blister cu reactiv extractie 0.8 ml - 20 buc. - Instructiuni de folosire limba romana - 20 buc. Procedura de lucru: 1. Ambalajul se deschide și se scoate recoltorul de imbibare a salivei. 2. După o tuse profundă, se pune imediat buretele recoltorului sub limbă sau între gingia inferioară și obraz. Se lasa acolo 5-minute pentru a absorbi saliva până când buretele devine moale. 3. Se deschide capacul și se introduce recoltorul de imbibare în tubul de colectare. Se stoarce ușor saliva din burete și apoi se scoate recoltorul. 4. Se rupe capacul blisterului prin rotire și se strânge blisterul cu reactiv pentru a scurge tot lichidul in tubul recoltor. Se închide capacul și se agita pentru a se amesteca bine. 5. Se scoate caseta de testare din pungă sigilată. 6. Se adauga 3-4 picături din extracția probei tratate (60µL-80µL - se urmărește gradatia tubului colector) vertical în godeul de probă. 7. Se citește rezultatul după 15 minute. Caracteristici de performanță și precizie: PPA: 95,10% ( 95%CI: 89,03%-97,89% ) NPA: 99,50% ( 95%CI: 98,19%-99,86% ) OPA: 98,60% ( 95%CI: 97,14%-99,32% ) EXPLICAȚIA TERMENILOR: PPA: Acord procentual pozitiv = Adev