

---

## **Indic. biologic cu mediu de cultura inclus; Bowie - Dick, Indic. chimici integrat pt autoclav cls.5**

I.D.: 35391781

---

Data publicarii 18.04.19 Coduri CPV 39811200-2 22993000-7 33198200-6 33694000-1

---

Pretul estimativ: 3.910,00 RON - 3.910,00 RON

---

Descriere: Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Valabilitate 24 luni. Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri) pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 100 x 100 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Valabilitate 5 ani Integrator clasa 5 pentru sterilizare la autoclav 134 C / 121C. Monitorizeaza toti parametrii critici: calitate abur, timp, temperature. Schimbarea culorii de la roz la negru In conformitate cu ISO11140-1 Cutie 250 buc

---