

Indicator biologic Abur FIOLA cu mediu de cultura inclus; Indicatori chimici strip cutie 500 buc

I.D.: 50631667

Data publicarii 12.10.20 Coduri CPV 33698000-9 33124131-2

Pretul estimativ: 2.690,00 RON - 2.690,00 RON

Descriere: INDICATOR BIOLOGIC CU SPORI DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10⁶ - ATCC 7953 - INOCULATI IN HARTIE DE FILTRU PLASAT IN INTERIORUL FIOLEI. STERILIZARE CU ABUR 121-134 C, TIMP DE PROCESARE 48 H IN INCUBATOR la 57 grade C, NU NECESITA CONDITII DE LABORATOR. DACA TOTI SPORII AU FOST DISTRUSI, CULOAREA VA RAMANE NESCHIMBATA-MOV. IN CAZ CONTRAR, CULOAREA SE VA SCHIMBA IN GALBEN. DECLARATIE DE CONFORMITATE, NR. LOT, TERMEN VALABILITATE. AMBALARE: 100 FIOLE/CUTIE PRET AFISAT / FIOLA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII PUTETI ACCESA www.axiomed.ro INDICATOR STRIP DUBLU PENTRU STERILIZAREA CU ABUR (FIECARE STRIP CONTINE CATE 2 INDICATORI ABUR LA UN CAPAT SI LA CELALALT, CARE SE POT SEPARA SI O CARDELETA POATE FI FOLOSITA PRACTIC LA 2 STERILIZARI) CLASA 6 - INDICATORUL CEL MAI CRITIC, EVALUEAZA TOTI PARAMETRII IN TIMPUL PROCESULUI DE STERILIZARE (TIMP, TEMPERATURA, AER) CHIAR SI ATUNCI CAND ARE LOC O MODIFICARE A UNUIA DINTRE ACESTIA (EX: PRELUNGIREA TIMPULUI). CALIBRATI PENTRU CICLURI DE 3.5 MIN LA 134°C SI DE 15 MIN LA 121°C. SCHIMBAREA CULORII ESTE PERFECT VIZIBILA: INDICATORUL ALBASTRU DEVINE VERDE INCHIS (DUPA STERILIZARE). PE FIECARE INDICATOR ESTE TIPARIT: NUMARUL DE LOT, CONFORM CU EN - ISO 11140-1(CLASA 6), DATA FABRICATIEI SI DATA EXPIRARII. TERMEN DE VALABILITATE : 4 ANI DE LA DATA FABRICARII AMBALARE: 250 STRIPURI DUBLI = 500 UTILIZARI /CUTIE PRETUL AFISAT / utilizare SE VINDE LA CUTIE DE 250 STRIPURI = 500 UTILIZARI.