
Indicator biologic sterilizare abur GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS fiola 24h, 100/pk, BT20

I.D.: 100963238

Data publicarii	01.08.24	Coduri CPV	24931250-6 33696500-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.040,00 RON - 1.040,00 RON

Descriere: Indicator biologic sterilizare abur (autoclav) GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS fiola 24h, 100/pk, BT20 Indicator biologic cu spori 10^6 de Bacillus Stearothermophilus inoculati in hartie de filtru plasat in interiorul fiolei. Sterilizare cu abur 121-134°C, timp de procesare 24 h in incubator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben
