
teste sterilizare

I.D.: 83191153

Data publicarii 07.06.23 Coduri CPV 38341500-2 33198200-6 35121500-3

Pretul estimativ: 1.867,00 RON - 1.867,00 RON

Descriere: PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA Bowie-Dick Card de unica folosinta pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. Ambalare: 120 carduri/cutie In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; Dimensiune 90 x 50 mm Schimbarea culorii de la mov la verde Valabilitate 5 ani de la data fabricatiei Marcaj CE; Declaratie de conformitate UE Regulament MDR 745/201--Indicator integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C Monitorizeaza toti parametrii critici ai ciclului de sterilizare cu abur: timp, temperatura, saturatia aburului Se utilizeaza in fiecare pachet, punga, cos ce urmeaza a fi sterilizat In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Pe indicator sunt tiparite urmatoarele informatii: culoarea de referinta in care trebuie sa vireze , standard ISO 11140-1 utilizat, tip indicator (tip 5) , procesul in care se utilizeaza, lot, data fabricatie, data expirare; Prezinta test la rezistometru pentru confirmarea cernelei type 5, conform cerintelor de performanta solicitate de standardul ISO 11140-1 Cerneala se schimba din galben in negru in conditiile unui proces reusit Condiitiile de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Stearothermophilus Certificat de calitate pe fiecare lot in parte, conform cerintelor ISO 11140-1 Intructiuni in limba romana , despre utilizarea produsului si citirea rezultatului Grafic
