
Test Bowie Dick pachet - PREMIUM;Indicator biologic pentru abur (fiola)

I.D.: 35650125

Data publicarii	03.05.19	Coduri CPV	33198200-6 22993200-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	861,00 RON - 861,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: DESCRIERE: Indicator biologic pentru verificarea sterilizarii la abur, bacillus stearothermophilus, fiola. TEST BIOLOGIC AUTOCLAV 132-134 FIOLA;DESCRIERE: Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri) pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 120 x 120 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Ambalare : 20 buc Valabilitate 5 ani;DESCRIERE: Rola termica autoclav 110mmX30m.DESCRIERE: Banda adeziva cu indicator pentru sterilizarea cu abur 19 mmm x 50 m; in conformitate cu ISO11140-1; culoarea se schimba in negru pentru a confirma procesul de sterilizare; termen de valabilitate 2 ani Fabricatie EU. DESCRIERE: Indicator chimic destinat a fi plasat in interiorul pachetului care va fi sterilizat pentru a demonstra pe deplin la incheierea ciclului sterilizarea continutului pachetului. Sunt compusi dintr-un card de control cu indicator ce devine verde dupa sterilizare. Forma de prezentare: strip impregnat cu indicator chimic care vireaza culoarea la sterilizarea cu plasma (peroxid). Prezenta tine loc de comanda ferma
