

---

## **Indicator biologic/Indicatori biologici abur fluorescenta super rapid 1 ora Bionova BT222**

I.D.: 67395284

---

Data publicarii	23.03.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 980,00 RON - 980,00 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-135 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 60 minute la 60 C, in incubator smart cu autocitire, prin metoda de detectare a fluorescentei, fara a fi nevoie de conditii de laborator. In timpul de incubare de 60 minute la temperatura de 60 C, incubatorul smart cu autocitire va detecta si tipari rezultatul, cu ajutorul imprimantei incorporate Optional, se poate proceda suplimentar la citirea conventionala vizuala, dupa incubare la 48 ore la o temperatura de 60 C Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei Fabricat in Argentina

---